

تاریخ: ۹۴/۰۵/۱۰	مشخصات تشک طبی فنری یک نفره			 سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
صفحه ۱ از ۱	شماره بازنگری: ۳	تاریخ بازنگری:	کد: F111	

ردیف	مشخصات
۱	رویه نقش دوزی با پارچه ژاکارد (با گرماژ حداقل ۳۵۰- یعنی ۳۵۰ گرم در یک متر مربع) و جنس نخ: سوپر برایت
۲	لایه ترمو باند (اسپان باند)
۳	لایی هالو، ترمو فیوز با گرماژ حداقل ۱۵۰
۴	اسفنج ۱/۵ سانتی با دانسیته حداقل ۴۰ کیلوگرم
۵	روی فنر از نمد سوزنی با گرماژ حداقل ۱۲۰۰
۶	در اسکلت تشک حداقل ۲۲۰ عدد فنر حلزونی (با قطر مفتول ۲/۲) بکار رفته باشد قطر هلیکا: ۴/۱ میلیمتر، قطر فریم: ۴ میلیمتر، ارتفاع حلزونی: ۱۶ سانتیمتر
۷	در هر گوشه اسکلت از تقویت M استفاده شده باشد
۸	در اضلاع اسکلت حداقل ۶ عدد تقویت کننده M بکار رفته باشد.
۹	ابعاد تشک: ۱۹۵×۸۵×۲۳
۱۰	دارای حداقل ۳ سال گارانتی تعویض

تذکر:

نمونه ارائه شده در مناقصه سازمان می بایست یک قسمت برش داده شده تشک باشد (با ابعاد مثلاً ۵۰×۵۰ یا ۶۰×۵۰ یا.....)