

شرایط و مشخصات دستگاه هود شیمی درمانی بیمارستان ضیائیان			
ردیف	موضوع	شرایط	توضیحات
۱	الزامات عمومی و شرایط	شرکت دارای مجوزهای قانونی لازم از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت IMED باشد.	دارد 0 ندارد 0
		دستگاه تولید کشور ایران است؟ (تولید مستقل، مونتاژ و ..)	خیر 0 بله 0 نوع پروانه:
		کشور سازنده	
		کمپانی سازنده	
		نام و مدل دستگاه	
		تاریخ تولید	
		مدت گارانتی کل دستگاه از زمان نصب؟	
		موعد تحویل دستگاه چند روز است؟	
		توضیحاتی غیر از شرایط ذکر شده در سامانه تدارکات در خصوص نحوه پرداخت	
		سابقه نصب مدل پیشنهادی در کشور (تعداد نصب) به همراه لیست مراکز نصب با مشخصات کامل	
		مدت سابقه فعالیت شرکت	
		مدت سابقه شرکت در خدمات و سرویس دهی محصول	
		داشتن حداقل ۳ تأییدیه عملکرد مطلوب دستگاه از بیمارستان ها	
		Electrical Safety Standards	
		دارای حداقل یک استاندارد بین المللی	نوع استاندارد؟.....
		عرض هود (سایز تک نفره)	حداقل ۸۰ سانتی متر

نوع سیستم هوادهی عمودی باشد	خیر 0 بله 0
میزان سطح هوادهی	
نوع فیلتر اصلی	
مشخصات فن هوای ورودی (توان، فشار، دور در دقیقه، میزان صدا و...)	
مشخصات فن دوم (توان، فشار، دور در دقیقه، میزان صدا و...)	
نوع فیلتر خروجی هوا	
نوع جنس بدنه و مشخصات آن	
نوع جنس میز دستگاه و مشخصات آن	
نوع روشنایی و توضیحات	
نوع لامپ UV و توضیحات	
ابعاد خارجی و داخلی دستگاه	ابعاد خارجی: ابعاد داخلی:

.....	سایر توضیحات		
دارد 0 ندارد 0	Service Manual	شرایط تحویل مدارک فنی	۹
دارد 0 ندارد 0	User Manual		
.....	تعداد آموزش کاربری رایگان		
دائمی است 0 موقتی است 0	option های موجود در دستگاه به صورت دائمی اورجینال میباشد		
.....	شرایط گارانتی و شرایط نقض آن		
.....	قطعات، ملحقات و مصرفی های تحویلی با دستگاه:		