

جدول مشخصات فنی دستگاه مانیتور سانتال گازهای طبی

ردیف (کد آدرس)	مشخصات فنی	توضیحات	شاخص امتیازدهی	حداکثر امتیاز برتری	توضیحات شرکت کننده
۱	الزامات عمومی				
۱-۱	مارک و مدل دستگاه	اعلام شود			
۱-۲	کشور و کمپانی سازنده دستگاه	اعلام شود			
۱-۳	مدت زمان ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعات	الزام	حداقل ۱۰ سال بعد از زمان نصب و راه اندازی الزام می باشد		
۱-۴	گارانتی کل دستگاه (اعم از سخت افزار و نرم افزار)	الزام	حداقل ۱ سال الزام می باشد/ ۲ سال: ۲.۵ امتیاز/ ۳ سال: ۵ امتیاز/ ۴ سال: ۷.۵ امتیاز / ۵ سال: ۱۰ امتیاز	۱۰	
۱-۵	ارائه دفترچه راهنما یا فایل مربوطه	الزام			
۱-۶	نصب، راه اندازی و آموزش	الزام			
۱-۷	ارائه و آموزش اقدامات نگهداری پیشگیرانه	الزام			
۱-۸	تاریخ تولید دستگاه	۲۰۲۵ به بعد الزام			
۲	مشخصات فنی				
۲-۱	دارای سنسور دائمی از نوع التراسونیک بدون نیاز به تعویض سنسور	الزام		۲	
۲-۲	قابلیت اندازه گیری خلوص تا ۹۹.۹ درصد	الزام		۲	
۲-۳	دارای صفحه نمایش مجزا برای نمایش دادن پارامتر های خلوص و فشار - دمای محل نصب دستگاه - رطوبت محل نصب دستگاه - دمای گاز - رطوبت گاز	اعلام شود	دارد: ۲ امتیاز/ ندارد: ۰	۲	
۲-۴	مجهز به سامانه پیامکی و تماسی در صورت کاهش خلوص اکسیژن و کاهش و افزایش فشار	الزام			
۲-۵	امکان نظارت بر تمامی پارامتر ها به صورت آنلاین و مستمر	الزام			
۲-۶	قابلیت پرینت گرفتن و اکسل کردن تمامی داده	اعلام شود	دارد: ۲ امتیاز/ ندارد: ۰	۲	
۲-۷	دارای حافظه ی نامحدود جهت مشاهده اطلاعات ذخیره شده	اعلام شود	دارد: ۲ امتیاز/ ندارد: ۰	۲	
۲-۸	قابلیت مشاهده نمودار های پارامتر ها همراه با گرافها و همچنین پرینت گرفتن آنها	اعلام شود	دارد: ۲ امتیاز/ ندارد: ۰	۲	
۲-۹	قابلیت تنظیم حد بالا و پایین پارامتر ها از طریق منوی تنظیمات سامانه و از راه دور	اعلام شود	دارد: ۲ امتیاز/ ندارد: ۰	۲	
۲-۱۰	دارای ویجت اختصاصی برای کامپیوتر های بیمارستان	اعلام شود	دارد: ۲ امتیاز/ ندارد: ۰	۲	
۲-۱۱	عدم نیاز به کالیبراسیون دستگاه.	اعلام شود	دارد: ۲ امتیاز/ ندارد: ۰		
۲-۱۲	دارای استاندارد های اداره کل تجهیزات و IRC	الزام			
۲-۱۳	قابلیت اضافه کردن شماره همراه افراد به تعداد نا محدود به سامانه جهت نظارت افراد بیشتر بر گاز های طبی بیمارستان	اعلام شود	دارد: ۲ امتیاز/ ندارد: ۰		
۲-۱۴	انتقال دیتا بدون نیاز داشتن به وصل دستگاه به اینترنت و وای فای و از طریق سیم کارت	اعلام شود	دارد: ۲ امتیاز/ ندارد: ۰		
۲-۱۵	امکان نصب یک نوع دستگاه در سانتال و بخش ها	اعلام شود	دارد: ۲ امتیاز/ ندارد: ۰		
۲-۱۶	قابلیت تحلیل داده ها و مشاهده هیستگرام ها -	اعلام شود	دارد: ۲ امتیاز/ ندارد: ۰		

تحويل مدارك فنى مورد نیاز					۳
			الزام	ارائه لیست مراکز نصب مدل پیشنهادی به همراه شماره تماس	۳-۱
			الزام	نامه رضایتمندی مراکز از مدل پیشنهادی	۳-۲
	۲۰	۱۵امتیاز: CE ۱۵امتیاز: FDA ۲۰امتیاز: FDA&CE	اعلام شود	استاندارادهای بین المللی	۳-۳
			اعلام شود	پیش نیازها و الزامات مربوط به دستگاه ها	۳-۴
			مطابق استاندارد کمپانی سازنده اعلام شود	قطعات و ملحقات و مصرفی های دستگاه	۳-۵
سایر موارد					۴
	۲	دارد: ۲ امتیاز/ ندارد: ۰	اعلام شود	نماینده فنی مقیم در استان	۴-۱
			اعلام شود	زمان تحويل دستگاه	۴-۲
جمع کل					

عبارت الزام در جدول فوق به معنای الزام داشتن مشخصه فنی اعلامی می باشد و شرکت کننده در استعمال ملزم به ارائه آن است در صورت دارا نبودن حداقل الزامات عدم ارائه مستندات درخواستی و یا اثبات خلاف ادعای عنوان شده خریدار مختار به حذف شرکت کننده در استعمال می باشد.