

مشخصات فنی ساکشن پرتابل پزشکی آمبولانسی

توضیحات	پارامتر
استفاده در آمبولانس های عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵	کاربرد
۶ کیلوگرم یا کمتر	وزن
توانایی مکش تا فشار منفی ۸۰۰ بار	میزان فشار منفی
حداقل ۱۵ لیتر در دقیقه	میزان انتقال مایع
حداقل ۱۰۰۰ میلی لیتر	گنجایش ظرف جمع آوری
مقاوم در برابر ضربه	
پرتابل و متناسب در قرارگیری در آمبولانس	ابعاد
12V , DC و 220 AC	منبع تغذیه
مجهز به فیلتر آنتی باکتریال و فیلتر محافظ موتور جهت جلوگیری از آلودگی و برگشت مایعات	فیلتر
قابل شارژ	باتری
حداقل ۸۰ دقیقه (ساکشن هایی با توانایی شارژ بالاتر در اولویت خرید قرار میگیرند)	کارکرد باتری
کمتر از ۶۵ دسی بل	میزان ایجاد صدا
دو سال	گارانتی
۱۰ سال	خدمات پس از فروش
الزام IMED و استانداردهای ایمنی الکتریکی شامل استانداردهای سازمان ملی استاندارد شامل ۳۳۶۸ و ۴۵۹۲	استانداردها
متریال باید دارای کیفیت بالا و با دوام در برابر ضربه باشد. (Medical Grade)	گرید
نمایشگر میزان شارژ (وضعیت شارژ)	شارژ
پایه نصب آمبولانسی به همراه شارژ باشد	پایه نصب
رضایت مندی در اورژانس پیش بیمارستانی و سابقه ی فروش در مراکز اورژانس پیش بیمارستانی داشته باشد.	بازخورد
دارای هولدر آمبولانسی بوده و قابل نصب در آمبولانسهای اورژانس پیش بیمارستانی باشد. با انوجه به غیر قابل پیش بینی بودن ماموریتهای اورژانس پیش بیمارستانی، ظرف جمع آوری ساکشن به شکل حفاظت شده در یک قاب محکم طراحی شده باشد به نحوی که در هنگام استفاده به صورت پرتابل ظرف جمع آوری به راحتی از ساکشن جدا نگردد. فضای کافی برای دستگیره موجود باشد به نحویکه حمل و نقل ساکشن به راحتی و بدون آسیب به دست تکنسین انجام گردد.	
همراه با دفترچه راهنما و PM و ضد عفونی و گندزدایی دستگاه	راهنما