

فرم مشخصات تجهیزات
نام دستگاه: قطعات برای دستگاه HPLC جهت اندازه گیری هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای در نفت گاز کاربرد:
۱- آزمون اندازه گیری هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در نفت گاز
پوشش آزمون برابر استاندارد:
۱- فرآورده های نفتی - نفت گاز (گازوییل) - ویژگی ها و روش های آزمون (استاندارد ملی ۴۹۰۳)
۲- استاندارد BS EN 12916
۲- استاندارد ASTM D 6591
مشخصات فنی قطعات:
-ستون آمینو HPLC طبق استاندارد BS EN 12916 و ASTM D6591 column packed with an approved amino-bonded (or polar amino/cyano-bonded) silica stationary phase (کد ستون ۷۰۸-۸۸۰۹۵۲ با رزولوشن بالا) -گارد NH2 هماهنگ با ستون فوق (کد ۹۵۰۹۵۰-۸۲۰-۹۰۸)، مشخصات فنی مندرج در استاندارد ASTM D6591 و BS EN12916 (۴ عدد) -فیلتر سرسرنگی 0.45 میکرون (۱۰۰ عدد) -ویال مخصوص اتوسمپلر HPLC ذکر شده (۱۰۰ عدد) .
ملحقات:
شروط عمومی:
۱- ده سال سابقه فعالیت فروش تجهیزات آزمایشگاهی
۲- سابقه نصب و راه اندازی حداقل دو دستگاه آزمایشگاهی مشابه
۳- سال تولید تجهیز ۲۰۲۲ و بعد از آن
۴- تحویل <u>فوری</u> حداکثر یک هفته و محل تحویل پژوهشگاه استاندارد می باشد.
۵- تولید کننده تجهیز : قطعات هماهنگ با HPLC مدل agilent 1260
۶- تامین کننده باید متعهد شود که گواهی اصالت کالا را مستقیماً از کمپانی سازنده یا نماینده رسمی آن ارائه دهد و این گواهی باید تایید کند که کالا با شماره سریال مشخص، تولید همان شرکت است.
۷- تامین کننده موظف است برگ داده های فنی (دیتاشیت) رسمی مربوط به کد فنی مذکور و برگ کروماتوگرام تست عملکرد ستون پیش از استفاده را ارائه دهد.
۸- کالا باید در بسته بندی اصلی، سالم، بدون آسیب دیدگی و پلمپ تحویل داده شود و کد فنی حک شده روی خود کالا و بسته بندی مطابقت داشته باشد.
۹- کالا باید دارای تاریخ تولید روز و جدید باشد.

۱۰- کلیه هزینه های جانبی شامل باربری و حمل و تحویل در محل پژوهشگاه به عهده تامین کننده می باشد.

۱۱- تسویه حساب پس از تحویل کالا و تایید کارشناس یا ناظر مربوطه خواهد بود.

۱۲- ارسال پیش فاکتور و مشخصات فنی به پیوست پیشنهاد قیمت سامانه الزامی بوده و به پیشنهاداتی که فاقد پیش فاکتور و مشخصات فنی باشد و شرایط و الزامات مذکور را رعایت نکند ترتیب اثر داده نخواهد شد.