

مشخصات فنی و شرایط مورد نظر منبع نور سرد

- ✓ دارای لامپ **LED** و کنترل شدت نور بصورت دیجیتال باشد.
- ✓ دارای نور سرد باطیف فرکانس های مرئی (جهت ایجاد تصویر بارنگهای واقعی).
- ✓ دارای کابل نور سرد با طول مناسب ۳ متر + قطر ۵ میلی متر باشد.
- ✓ عمر مفید لامپ **LED** حداقل ۶۰۰۰۰ ساعت باشد.
- ✓ کورد نور با سایر برندها سازگار باشد.
- ✓ حداقل توان **LED** معادل ۳۰۰ وات زنون باشد.
- ✓ دستگاه دارای فن خنک کننده باشد.
- ✓ کابل نور سرد قابل اتوکلاو بودن باشد.
- ✓ دارای قابلیت مودهای **laparoscopy/arthroscopy/ent/urology** باشد.
- ✓ شرکت فروشنده وارد کننده یا توزیع کننده مجاز ثبت شده در سایت **imed** باشد.
- ✓ دستگاه دارای حداقل یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش و نصب و راه اندازی و آموزش رایگان باشد.
- ✓ تایید نهایی برنده استعلام منوط به تایید پزشک متخصص کاربر دستگاه می باشد.